

Liegebettchen 2M30360 von unten ohne Schraegstellung und Verriegelung dargestellt
View of bassinet 2M30360 shown from below without adjusting

nur in Verbindung mit Hubsaeule 2M20946
only in connection with height adjustment 2M20946

Flansch 2M21833
Flange 2M21833

Laenderspez. im Lieferumfang des Ruestsatzes enthalten
According to distributing country positions are contained in modification kit

Netz-Anschlusskabel/
Mains cable
2M30247
2M30316
2M30373
w.w. optional

Verlegung der Netz- und Sensorleitungen unter der Basisplatte/
cable layout under base plate

Typenschild/
label 2M2176

Schutzfolie 2M21467/
lamination sheet
Klebeflaeche entfettet
(z.B. mit Spiritus)/
bonding area free of fat

Typenschild/
label 2M22174

Schutzfolie 2M21467/
lamination sheet
Klebeflaeche entfettet
(z.B. mit Spiritus)/
bonding area free of fat

Pruefzeichen gemoesz Auslieferungsland (Ruestsatz) neben dem Typenschild aufgebracht/
Test mark according to distributing country, stick beside the label.

Kabelbaum Netz extern/
cable form mains external
2M30049

Kabelbaum Netz extern/
cable form mains external
2M30049

Kabelbaum Netz extern/
cable form mains external
2M30049

Kabelbaum Netz extern/
cable form mains external
2M30049

Kabelbaum Netz extern/
cable form mains external
2M30049

Kabelbaum Netz extern/
cable form mains external
2M30049

Kabelbaum Netz extern/
cable form mains external
2M30049

Kabelbaum Netz extern/
cable form mains external
2M30049

Kabelbaum Netz extern/
cable form mains external
2M30049

Kabelbaum Netz extern/
cable form mains external
2M30049

Kabelbaum Netz extern/
cable form mains external
2M30049

Kabelbaum Netz extern/
cable form mains external
2M30049

Kabelbaum Netz extern/
cable form mains external
2M30049

Kabelbaum Netz extern/
cable form mains external
2M30049

Kabelbaum Netz extern/
cable form mains external
2M30049

Kabelbaum Netz extern/
cable form mains external
2M30049

Kabelbaum Netz extern/
cable form mains external
2M30049

Kabelbaum Netz extern/
cable form mains external
2M30049

Kabelbaum Netz extern/
cable form mains external
2M30049

Kabelbaum Netz extern/
cable form mains external
2M30049

Kabelbaum Netz extern/
cable form mains external
2M30049

Kabelbaum Netz extern/
cable form mains external
2M30049

Kabelbaum Netz extern/
cable form mains external
2M30049

Kabelbaum Netz extern/
cable form mains external
2M30049

Kabelbaum Netz extern/
cable form mains external
2M30049

Kabelbaum Netz extern/
cable form mains external
2M30049

Montage der Phototherapie 2M30215/ Assembling of phototherapy 2M30215

Schaltzerteil aus/
Combinatorial circuit from
2M21832

Diese Leitungen sowie Netzleitung zur Phototherapie mit Kabelbinder 2M30262 so befestigen, dass ein Beruehren mit dem Pruefstift (Bild B, DIN EN 60601-1) durch die Oeffnung in Flansch 2M21833 nicht moeglich ist.

Fixed this cables and the supply main to the phototherapy with the binder 2M30262 so that there is no contact with the control pin (picture B, DIN EN 60601-1) through the openings in the flange 2M21833 to the cables

Ansicht auf Netz Basisplatte 2M30148/ view on main operated

Netzfiter/mains filter aus Pos. 2M21832

Netz Basisplatte/
mains operated

The power supply cord of height adjustment 2M20946 is going to be delivered with integrated shock-proof plug. This cable has to be exchanged to 2M30369. While assembling the height adjustment to be driven down on black. Only in this status the assembling should be done.

In Instructions for Use Fab.-Nr. (see labeling) has to be transferred.

Die variable Saule 2M20946 wird mit einer Netzan-schlussleitung mit angespritztem Winkel-Schuko-Stecker angeliefert. Diese Leitung ist durch das Netzan-schluss-Kabel 2M30369 zu ersetzen. Bei der anschliessenden Montage ist darauf zu achten, dass die Hubsaeule auf Blocklaenge zurueckgefahren wird. Nur in diesem Zustand darf die Montage erfolgen! Diese Anweisung ist unbedingt zu befolgen, da sonst die geforderte Hubsaeule nicht erreicht wird.

In die Gebrauchsanweisung ist die Fabr.-Nr. (siehe Typenschild) zu uebertragen

Fuer Gerate, die Laender geliefert werden, fuer die es keinen laenderspezifischen Ruestsatz gibt, gilt der Ruestsatz 2M30317.

Modification kit 2M30317 apply to all other countries without the special modification kit for this countries.

Verlegung der Kabelbaeume in der Traverse 2M30216 Darstellung ohne Strahler 2M30153 Cable layout of cable forms in stand 2M30216 View without heater 2M30153

Kabelbaum Sensor extern/
cable form sensor external
2M30045

Schutzleiter von Pos. /
Ground from pos.
2M30153

Kabelbaum Strahler von Pos. /
cable form heater from pos.
2M30153

Kabelbaum Sensor extern/
cable form sensor external
2M30045

Kabelbaum Sensor extern/
cable form sensor external
2M30045

Kabelbaum Sensor extern/
cable form sensor external
2M30045

Kabelbaum Sensor extern/
cable form sensor external
2M30045

Kabelbaum Sensor extern/
cable form sensor external
2M30045

Kabelbaum Sensor extern/
cable form sensor external
2M30045

Kabelbaum Sensor extern/
cable form sensor external
2M30045

Kabelbaum Sensor extern/
cable form sensor external
2M30045

Verpackt nach 8712517 ST/
Packed in cover 8712517 ST

Demontiert und einzeln verpackt (in ihren zugehoerigen Verpackungen) sind/
Detached and single packed (in their own cover) are:

Pos. 2M21034/2M21032/2M30301/2M30242
Pos. 2M20936/2M30261/230377/2M30382

Pos. 2M21272

Pos. 2M21012

Pos. 2M21158

Pos. 2M21161

Pos. 2M21161

Pos. 2M21161

Pos. 2M21161

Pos. 2M21161

Pos. 2M21161

Pos. 2M21161

Typenschild 2M22174 - Beschriftung/ label scripting

Anzugsdrehmoment/Torque [Nm]	gesichert mit/locked with
60±2	
13,5±0,5	Loctite 221
10±0,5	
14±1	Loctite 221
3-0,5	

Typenschild 2M22176 - Beschriftung/ label scripting

Anzugsdrehmoment/Torque [Nm]	gesichert mit/locked with
60±2	
13,5±0,5	Loctite 221
10±0,5	
14±1	Loctite 221
3-0,5	

Typenschild 2M22176 - Beschriftung/ label scripting

Anzugsdrehmoment/Torque [Nm]	gesichert mit/locked with
60±2	
13,5±0,5	Loctite 221
10±0,5	
14±1	Loctite 221
3-0,5	

Typenschild 2M22176 - Beschriftung/ label scripting

Anzugsdrehmoment/Torque [Nm]	gesichert mit/locked with
60±2	
13,5±0,5	Loctite 221
10±0,5	
14±1	Loctite 221
3-0,5	

Typenschild 2M22176 - Beschriftung/ label scripting

Anzugsdrehmoment/Torque [Nm]	gesichert mit/locked with
60±2	
13,5±0,5	Loctite 221
10±0,5	
14±1	Loctite 221
3-0,5	

Typenschild 2M22176 - Beschriftung/ label scripting

Anzugsdrehmoment/Torque [Nm]	gesichert mit/locked with
60±2	
13,5±0,5	Loctite 221
10±0,5	
14±1	Loctite 221
3-0,5	

in Lieferumfang enthalten/included in supply

Q	Pos. 2M30284	Q	Pos. 2M21150
Q	Pos. 2M30279	Q	Pos. 2M21036
Q	Pos. 2M21348, 2M21350, 2M21352	Q	Pos. 2M20290
Q	Pos. 2M30189		
Q	Pos. 2M30252/2M30317		
Q	Pos. 2M30263	Q	Pos. 2M20346
Q	Pos. 2M30369	Q	Pos. 2M22018
Q	Pos. 2M20868		


in Lieferumfang enthalten/included in supply

	Demontriert und einzeln verpackt (in ihren zugehörigen Verpackungen) sind/ Detached and single packed (in their own cover) are:
Pos.	2M21034/2M21032/2M30301/2M30242
Pos.	2M20936/2M30261/230377/2M30362
Pos.	2M21272 (i)
Pos.	2M21012 (h)

in Lieferumfang enthalten/included in supply

Pos.	2M30203
Pos.	2M30153
Pos.	2M21150
Pos.	2M21036
Pos.	2M20250
Pos.	2M20946
Pos.	2M22018

in Lieferumfang enthalten/included in supply

		Registrierpflichtig nach DIN 418/ Recording as in DIN 418		 	
Tema drawing		Temática de Gerçekleştirilen Babythera			
Replacement for FR00098-15		number FR00098			
credit (in Austin) P. 00000		Petition against E. - 000000		period 05/07/08	
		Petition under E. - 000000		date 05/07/08	

in Lieferumfang enthalten/included in supply

Pos.	2M30203
Pos.	2M30153
Pos.	2M21150
Pos.	2M21036
Pos.	2M20250
Pos.	2M20946
Pos.	2M22018

Registrierpflichtig nach DIN 418/
Recording as in DIN 418

Zeichnung
drawing

Titel
title

Gerätefamilie Babytherm


FR00098


05/08

size A0

A	1	GA-BT 8004/8010 en us operating instructions	9028625	(10)
	1	Netz-Anschlusskabel us mains cable	2M30316, ST	
	1	Katze, blaue Nase cat, blue nose	2M21420	
B	1	Typenschild type label	2M22174	
	1	Typenschild type label	2M22176	
	1	CSA Schild CSA label	8413148	
C	1	Registrierprotokoll registration document	2M30425	
	1	Registrierprotokoll registration document	2M30426	
	0.75	Einschubstreifen Sprachen languages display	2M30098	
	0.75	Einschubstreifen Optionen option display	2M30222	
D	1	Sicherungseinsatz T 6,3 A DIN 41662 fuse	1815172	
	1	Sicherungseinsatz T 3,15A DIN 41662 fuse	1815148	
	2	Sicherungseinsatz F M15H 250V fuse	1843141	
E	1	Schildersatz Babytherm 8000 USA Babytherm 8004/8010 USA label set	2M21896	
	1	Klebeanweisung instruction of label position	2M21901	
	2	Schutzfolie lamination sheet	2M21467	

ST2M30252



scale	general tolerances	material	safety class	
			<s>	0
			<m>	0
field reserved	revision text		(2000 / DC / 177)	
	GA geändert			
filing dept	responsible dept.	author	approved	contract
2950	3401			n
		date	02.02.2000	02.02.2000
		name	Stickel	Hartwig
type	language	title		
drawing	de	RS USA/Canada modification kit USA/Canada		
	replacement for	number		
	2M30252-09	2M30252		
creating system	release status	revision index	copies	page of
CADRA	PROD	10	1x	01/01
Dräger Medical International GmbH D-23542 Lübeck				

Dräger

Dräger Medizintechnik
GmbH.
D-23542 Lübeck

size A3